

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю: **Низькотемпературного плазмового стерилізатора за ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (33191100-6 Стерилізатори) (НК 024:2023:36305 Плазмовий стерилізатор)**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі —
технічні вимоги до предмета закупівлі**

1. Загальні вимоги:

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі, виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель, що закріплені у статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі», та з дотриманням чинного законодавства в цілому.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз **«або еквівалент»**.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз **«або еквівалент»**. Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз **«або еквівалент»**.

У разі якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати, то вони повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати гарантійний лист на підтвердження відповідності тим же об'єктивним критеріям.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — для забезпечення потреби та безперебійної діяльності замовника, замовник здійснює закупівлю даного виду товару, а саме: закупівлю **Низькотемпературного плазмового стерилізатора**, оскільки саме цей виріб буде використовуватись замовником, та за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам і потребам замовника. Тому з метою ефективного та раціонального використання коштів замовник здійснює закупівлю саме даного виду товару.

2. Детальний опис предмета закупівлі

Товар повинен відповідати нормативним документам і стандартам діючим в Україні та вимогам Замовника згідно тендерної документації.

Технічні характеристики, форма випуску, дозування, концентрація, упаковка товару, тощо повинні відповідати таким, що вказані в тендерній документації.

№ з/п	Код НК 024:2023	Назва НК 024:2023	Найменування товару	Од. вим.	Кількість
1	36305	Плазмовий стерилізатор	Низькотемпературний плазмовий стерилізатор	шт	1

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі:

- Запропоноване обладнання повинно бути новим та таким, що не перебувало раніше в експлуатації (*надати гарантійний лист від Учасника у складі тендерної пропозиції*).
- Обладнання, запропоноване Учасником, повинно бути внесене до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введене в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності у передбаченому законодавством порядку.
На підтвердження Учасник повинен надати:
Завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.
- Гарантійний термін на обладнання – не менше 12 місяців (*надати гарантійний лист від Учасника у складі тендерної пропозиції*).
- Наявність при поставці інструкції з експлуатації на обладнання українською мовою (*надати копію у складі тендерної пропозиції*).
- Спроможність Учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись *оригіналом гарантійного листа від виробника* (якщо Учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (*таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника*), що підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника (*надати скановану копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції*).
- Проведення доставки, інсталяції та запуску обладнання за рахунок учасника (*надати гарантійний лист від учасника*).
- Інструктаж спеціалістів замовника за рахунок учасника (*надати гарантійний лист від учасника*).
- У разі необхідності замовник має право звернутися до учасника(ів) з проханням надання зразків витратної частини товару, що є предметом даної закупівлі, протягом трьох днів з дати розкриття тендерної пропозиції, що пропонується до постачання, для оцінювання замовником його відповідності до вимог щодо технічним та якісним характеристикам (*надати гарантійний лист від Учасника у складі тендерної пропозиції*). Ненадання зразків товару на вимогу замовника протягом трьох днів з дати такої вимоги буде вважатися порушенням умов тендерної документації, що в свою чергу призведе до відхилення тендерної пропозиції учасника.

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Низькотемпературний плазмовий стерилізатор

№ з/п	Медико-технічна вимога	Наявність функції або величина характеристики/параметра	Відповідність (ТАК/НІ)	Посилання на сторінку(и) відповідного документа
1.	Тип апарата	Низькотемпературний плазмовий стерилізатор		
2.	Можливість проведення стерилізації для наступних	- Жорсткі та гнучкі ендоскопи - Волоконні світловодні кабелі - Оптичні вироби та приладдя		

	високотехнологічних медичних виробів:	- Зонди та датчики - Електропровідні шнури та кабелі - Ендоскопічні інструменти		
3.	Стерилізуючий агент	Розчин перекису водню		
4.	Концентрація стерилізуючого агента	Не менше ніж 55%, але й не більше ніж 60%		
5.	Фасування стерилізуючого агента	Капсули в касетах		
6.	Матеріал стерилізаційної камери	Алюміній		
7.	Форма стерилізаційної камери	Прямокутна		
8.	Вага стерилізатора	Не більше 500 кг		
9.	Габаритні розміри стерилізатора	Ширина: не більше 820 мм Глибина: не більше 1 100 мм Висота: не більше 1 800 мм		
10.	Корисний об'єм стерилізаційної камери	Не менше 100 л		
11.	Розміри стерилізаційної камери	Ширина: не менше 400 мм Глибина: не менше 720 мм Висота: не менше 350 мм		
12.	Наявність ногового керування дверима	Наявність		
13.	Вбудований інкубатор для контролю якості стерилізації	Наявність		
14.	Автоматичне слайдове відкривання та закривання дверей стерилізаційної камери	Наявність		
15.	Наявність різних за часом програм стерилізації	Наявність		
16.	Кількість довгих циклів стерилізації, на які розрахована одна касета із капсулами перекису водню	Не менше 5 циклів		
17.	Кількість коротких циклів стерилізації, на які розрахована одна касета із капсулами перекису водню	Не менше 10 циклів		
18.	Час стерилізації довгого циклу стерилізації	Не більше ніж 55 хв.		
19.	Час стерилізації короткого циклу стерилізації	Не більше ніж 35 хв.		
20.	Робоча температура стерилізаційної камери	Не більше 60°C		
21.	Термін придатності касет із перекисом водню	Не менше 2 років з дати виготовлення		
22.	Інформаційний кольоровий сенсорний РК-екран із діагоналлю не менше 20 см	Наявність		
23.	Вбудований принтер	Наявність		
24.	Комплектація: - Стерилізатор плазмовий низькотемпературний - 1 шт - Стартова касета з перекисом водню для	Наявність		

	запуску обладнання - 1 шт (або аналог)			
--	---	--	--	--

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2025-04-16-004178-a

Найменування замовника	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3"
Категорія замовника	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02774349
Місцезнаходження замовника:	54058, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Київська, 3
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Ганна Сидорук, +380512413554, roddom3_jurist@ukr.net
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі	ДК 021:2015:33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (33191100-6 Стерилізатори) (НК 024:2023:36305 Плазмовий стерилізатор) Низькотемпературний плазмовий стерилізатор
Код за Єдиним закупівельним словником	ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

**Лот 1 — ДК 021:2015:33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного
призначення різні (33191100-6 Стерилізатори) (НК 024:2023:36305 Плазмовий
стерилізатор)**

Низькотемпературний плазмовий стерилізатор

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Низькотемпературний плазмовий стерилізатор	ДК 021:2015 33190000-8- Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні	1 штука	54058, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, вул. Київська, буд. 3	до 31 грудня 2025

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період,	Тип днів	Розмір
-------	------	------------	---------	----------	--------

Підписант: Сидорук Ганна Анатоліївна
Дата підпису: 16.04.2025

Оригінал документа на веб-порталі
уповноваженого органу



			(днів)		оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	30	Календар ні	100

План, відповідно до якого проводиться закупівля (інформація про джерело фінансування)

48600a9881cd4342af6723d37b734b21

Очікувана вартість предмета закупівлі:

3 100 000,00 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

31 000,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

24 квітня 2025 11:17

Мова тендерної пропозиції:

Українська

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

24 квітня 2025 11:17

Розмір надання забезпечення пропозицій учасників:

відсутній

Дата та час проведення електронного аукціону:

відсутній

