

# ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів  
UA-2025-05-15-010395-a

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування замовника                                                          | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО<br>МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ПОЛОГОВИЙ<br>БУДИНОК №3"                                                                                                                                             |
| Категорія замовника                                                             | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або<br>територіальної громади                                                                                                                                                             |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:                                           | 02774349                                                                                                                                                                                                                                 |
| Місцезнаходження замовника:                                                     | 54058, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв,<br>вул. Київська, 3                                                                                                                                                                   |
| Контактна особа замовника,<br>уповноважена здійснювати зв'язок з<br>учасниками: | Ганна Сидорук, +380512413554,<br>roddom3_jurist@ukr.net                                                                                                                                                                                  |
| Вид предмета закупівлі:                                                         | Товари                                                                                                                                                                                                                                   |
| Назва предмета закупівлі                                                        | ДК 021:2015:38510000-3 Мікроскопи (НК<br>024:2023:35484 Мікроскоп світловий стандартний)<br>Мікроскоп світловий стандартний Leica DM500 LED з<br>модульною цифровою камерою Leica Flexacam i5 та<br>робочою станцією (ПК) або еквівалент |
| Код за Єдиним закупівельним словником                                           | ДК 021:2015:38510000-3: Мікроскопи                                                                                                                                                                                                       |

**Лот 1 — ДК 021:2015:38510000-3 Мікроскопи (НК 024:2023:35484 Мікроскоп  
світловий стандартний)**

**Мікроскоп світловий стандартний Leica DM500 LED з модульною цифровою  
камерою Leica Flexacam i5 та робочою станцією (ПК) або еквівалент**

| Назва<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі                                                                                                    | Код згідно з<br>Єдиним<br>закупівельним<br>словником, що<br>найбільше<br>відповідає назві<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі | Кількість<br>товарів або<br>обсяг<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг | Місце поставки<br>товарів або місце<br>виконання робіт<br>чи надання<br>послуг    | Строк поставки<br>товарів,<br>виконання<br>робіт чи<br>надання послуг |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Мікроскоп світловий<br>стандартний Leica<br>DM500 LED з<br>модульною<br>цифровою камерою<br>Leica Flexacam i5 та<br>робочою станцією<br>(ПК) або еквівалент | ДК 021:2015<br>38510000-3-<br>Мікроскопи                                                                                                     | 1 комплект                                                                      | 54058, Україна,<br>Миколаївська<br>область, Миколаїв,<br>вул. Київська, буд.<br>3 | до 31 грудня<br>2025                                                  |

**Умови оплати:**



| Подія           | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | <p>Розрахунки проводяться в безготівковій формі шляхом перерахування Покупцем коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно рахунка-фактури, видаткової накладної, протягом 30 календарних днів з моменту поставки товару. Оплата за поставлений товар проводиться із розрахунку: _____ грн.</p> <p>(_____ гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ _____ грн. із коштів місцевого бюджету, _____ грн.</p> <p>(_____ гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ _____ грн. із коштів НСЗУ. Розрахунок здійснюється за умови надходження на рахунок Покупця бюджетних коштів та/ або коштів НСЗУ для оплати поставленого товару. У виключних випадках, за наявності коштів, Покупець може здійснити оплату за поставлений товар за рахунок власних коштів.</p> | Післяоплата | 30             | Календарні | 100                |

**План, відповідно до якого проводиться закупівля (інформація про джерело фінансування)**

a886a2a5aa2344ed9c524ebb5f91512f

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**

380 000,00 UAH

**Розмір мінімального кроку пониження ціни:**

3 800,00 UAH

**Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):**

відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:**

23 травня 2025 15:18

**Мова тендерної пропозиції:**

Українська



|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників</b> | відсутній            |
| <b>Дата та час розкриття тендерних пропозицій:</b>            | 23 травня 2025 15:18 |
| <b>Розмір надання забезпечення пропозицій учасників:</b>      | відсутній            |
| <b>Дата та час проведення електронного аукціону:</b>          | відсутній            |



**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

на закупівлю: ДК 021:2015:38510000-3 Мікроскопи (НК 024:2023:35484 Мікроскоп світловий стандартний)

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі**

**1. Загальні вимоги:**

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі, виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель, що закріплені у статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі», та з дотриманням чинного законодавства в цілому.

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз **«або еквівалент»**.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз **«або еквівалент»**. Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

У разі якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати, то вони повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати гарантійний лист на підтвердження відповідності тим же об'єктивним критеріям.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — для забезпечення потреби та безперебійної діяльності замовника, замовник здійснює закупівлю даного виду товару, а саме: закупівлю **мікроскопу світлового стандартного**, оскільки саме цей виріб буде використовуватись замовником, та за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам і потребам замовника. Тому з метою ефективного та раціонального використання коштів замовник здійснює закупівлю саме даного виду товару.

**2. Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі: ДК 021:2015 38510000-3 — Мікроскопи (НК 024:2023: 35484 — Мікроскоп світловий стандартний)**

Товар повинен відповідати нормативним документам і стандартам діючим в Україні та вимогам Замовника згідно тендерної документації.

Технічні характеристики, форма випуску, дозування, концентрація, упаковка товару, тощо повинні відповідати таким, що вказані в тендерній документації.

### 3. Технічна специфікація (технічне завдання) та вимоги до предмета закупівлі

| №                                                       | Найменування параметру | Технічні вимоги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Відповідність<br>Так/ні |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1. Мікроскоп з фотофіксацією у комплекті - 1 шт.</b> |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 1.                                                      | Тубус і фотофіксація   | <p>1) Бінокулярний;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Кут нахилу (або кут огляду) не менше 45°;</li> <li>Регульована між зінична відстань в діапазоні не менше 52-75 мм;</li> <li>Модульна цифрова камера, що монтується між корпусом та бінокулярним тубусом мікроскопа;</li> <li>Роздільна здатність камери не менше 5 Мп.</li> </ul> <p>Або</p> <p>2) Тринокулярний</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Кут нахилу (або кут огляду) не менше 45°;</li> <li>Регульована між зінична відстань в діапазоні не менше 52-75 мм;</li> <li>Наявність вбудованого C-mount адаптера 0.55X;</li> <li>Наявність цифрової камери з типом кріплення C-mount;</li> <li>Роздільна здатність камери не менше 5 Мп.</li> </ul> |                         |
| 2.                                                      | Предметний стіл        | Діапазон переміщення, не менше 76x26 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 3.                                                      | Фокусування            | <p>1) Крок точного фокусу за один оберт не більше 0,3 мм</p> <p>* під не більше маєтись на увазі значення кроку має бути в діапазоні від 0 мм до 0,3 мм;</p> <p>2) Точність калібровки фокусу (або мінімальне значення ходу фокусу) не більше 3 мкм</p> <p>* під не більше маєтись на увазі що значення параметру точність калібровки фокусу має бути в діапазоні від 0 до 3 мікрон.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 4.                                                      | Освітлювальна система  | Світлодіодна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 5.                                                      | Оптична корекція       | На нескінченність                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 6.                                                      | Конденсор              | Аббе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| 7.                                                      | Револьверний пристрій  | Повинен забезпечувати встановлення не менше 4-х об'єтивів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 8.                                                      | Об'єктиви              | <p>1) Plan або Hi Plan або Plan Achromat або Plan Achro.</p> <p>2) Тип кріплення об'єтивів – різьба типу M25;</p> <p>3) Збільшення: 4x, апертура не менше: 0.1, робоча відстань не менше 26 мм.</p> <p>4) Збільшення: 10x, апертура не менше: 0.22, робоча відстань не менше: 7 мм;</p> <p>5) Збільшення: 40x, апертура не менше: 0.65, робоча відстань не менше: 0,30 мм;</p> <p>6) Збільшення: 100x, апертура не менше: 1.25, робоча відстань не менше: 0,1 мм, для роботи з імерсією</p>                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 9.                                                      | Окуляри                | <p>1) Збільшення 10x;</p> <p>2) Поле зору не менше 20 мм</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 10.                                                     | Споживана потужність   | Не більше 5 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 11.                                                     | Тримач шнура живлення  | Наявність на штативі мікроскопу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 12.                                                     | Вага мікроскопу        | Не більше 9 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 13.                                                     | Можливість дооснащення | Можливість монтажу додаткової вставки що монтується між корпусом і тубусом для підвищення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |

|     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                                                               | вертикального положення тубуса (або проміжний модуль, або eye-level riser).                                                                                                                                                                                     |                                                             |
| 14. | Виробник                                                                      | Компоненти мікроскопа, такі як: штатив, тубус, окуляри, об'єктиви, цифрова камера мають бути від одного виробника.                                                                                                                                              | На підтвердження надати гарантійний лист у довільній формі. |
| 15. | Наявність в комплекті поставки робочої станції з наступними характеристиками: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Процесор Intel Core 8xxx або краще</li> <li>- Оперативна пам'ять не менше 8 Гб DDR4</li> <li>- Диск SSD не менше 200 Гб</li> <li>- Жорсткий диск не менше ніж на 500 Гб</li> <li>- Windows 10 pro або краще</li> </ul> | На підтвердження надати гарантійний лист у довільній формі. |
| 16. | Комплектація робочої станції:                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- системний блок</li> <li>- монітор не менше 23 дюймів з матрицею IPS</li> <li>- миша</li> <li>- клавіатура</li> </ul>                                                                                                   | На підтвердження надати гарантійний лист у довільній формі. |

#### 4. Вимоги до предмету закупівель та способів їх документального підтвердження:

1. Запропонований учасником товар обов'язково повинен відповідати (або бути не гірше) усім наведеним технічним вимогам, характеристикам, параметрам і комплектації. Учасник повинен підтвердити відповідність запропонованого ним товару вказаним технічним вимогам (параметрам/характеристикам) щодо даного предмету закупівлі в повному обсязі. Для підтвердження відповідності Технічним вимогам, до предмету закупівлі, учасник має надати у складі своєї пропозиції заповнену таблицю відповідності з посиланням на сторінки технічної документації виробника, а саме:

- інструкцію з експлуатації доступну на офіційному сайті виробника або її переклад (з наданням посилання на оригінальний документ на офіційному сайті виробника);

або

- брошури доступні на офіційному сайті виробника або їх переклади українською мовою, допускається використання витягів з брошур з наданням перекладу інформації на українську мову (з наданням посилання на оригінальний документ на офіційному сайті виробника);

або

- посилання на офіційний сайт виробника (або витяги з офіційного сайту виробника) з перекладом інформації на українську мову (з наданням посилання на оригінальну інформацію на офіційному сайті виробника);

**де були б підтверджені відповідні технічні параметри/характеристики наведені в Технічних вимогах, до предмету закупівлі.**

Технічна документація на яку є посилання в таблиці відповідності має бути надана в складі пропозиції.

Відсутність підтвердження відповідності у будь-якому пункті Технічних вимог (в тому числі відсутність інформації, що підтверджує відповідність на вказаних сторінках технічної документації на які надано посилання), до предмету закупівлі, у встановлений замовником спосіб, буде означати, що такий параметр в Учасника відсутній, що призведе до відхилення його пропозиції як такої, що не відповідає вимогам документації.

2. Обладнання повинно бути новим, таким, що не перебувало в експлуатації (надати гарантійний лист від учасника у складі тендерної пропозиції).

3. Гарантійний термін експлуатації запропонованого обладнання має становити не менше 12 місяців (надати гарантійний лист від учасника у складі тендерної пропозиції).

4. Наявність при поставці інструкцій українською мовою на мікроскоп (надати копію у складі тендерної пропозиції).

5. Наявність в учасника співробітника(ів) сертифікованого(их) виробником обладнання (надати гарантійний лист від учасника у складі тендерної пропозиції та копію сертифікату у складі тендерної пропозиції з нотаріально завіреним перекладом).

6. Наявність сертифікату ISO 9001 від виробника обладнання (надати копію сертифікату у складі тендерної пропозиції з нотаріально завіреним перекладом).

7. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання запропонованого ним обладнання у кількості, якості та в терміни, визначені цією документацією – Учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України, з документальним підтвердженням таких повноважень), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником (для підтвердження відповідних повноважень надається авторизація від виробника), яким підтверджується можливість поставки товару учасником, що є предметом закупівлі цих торгів та ним пропонується. Гарантійний лист повинен включати в себе: назву Учасника, ідентифікатор закупівлі

(номер оголошення) про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі згідно оголошення.